



Rawa Mazowiecka, dnia 11 czerwca 2021 roku

W związku z zapytaniem ofertowym nr 1/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku na „Dostawę i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Rawie Mazowieckiej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie montażu i użytkowania oferowanego sprzętu dla potrzeb prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „CUŚ DOBREGO!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.” Zamawiający podaje wyjaśnienia:

**Pytanie :**

Czy Zamawiający w części 7 dopuści koncentrator tlenu na kółkach z hamulcem o następujących parametrach:

Przepływ tlenu	5L/PM
Stężenie tlenu	93+/-3%
Ciśnienie wyjściowe	50-70Kpa
Licznik czasu	Tak
Alarmy	Awaria zasilania wysokie/niskie ciśnienie Niskie stężenie tlenu
Głośność pracy	42dB
Waga netto	15kg
Zasilanie	230V/ 50Hz 110V/60Hz
Pobór energii	320W
Dostarczone akcesoria	filtr wlotowy filtr antybakteryjny Filtr zewnętrzny butelka nawilżacza Kaniula nosowa

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza koncentratora tlenu o w/w parametrach technicznych.

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
*mgr Halina Bartkowiak - Błażejewska*  
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej